

【ホスピタルエンジニア認定のための講習会テキスト第7版】 の記載に誤りがありましたので、下記の通り訂正いたします。

■ 11 ページ左 10 行目-13 行目

(誤)

この区分として感電電流が人体の表面を流れる「マイクロショック」と、体内に挿入した医療機器の電極等から心臓を直撃して流れる「マクロショック」の安全基準について規定されている。

(正)

この区分として感電電流が人体の表面を流れる「マクロショック」と、体内に挿入した医療機器の電極等から心臓を直撃して流れる「マイクロショック」の安全基準について規定されている。

■ 26 ページ 表 3-6 近年の日本における停電発生事例 発生年月 1 段目

(誤)

2001 年 3 月 11 日

(正)

2011 年 3 月 11 日

2018 年 1 月 30 日

一般社団法人日本医療福祉設備協会 人材育成委員会